

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 01/CPD/09

1. Producent wyrobu budowlanego:

ELSTER Kent Metering Sp. z o.o.
ul. Szczawińska 42c,
95-100 Zgierz

ELSTER Kent Metering Sp. z o.o.
ul. Szczawińska 42c
95-100 Zgierz
Polska
T +48 42 7176515
F +48 42 7176516

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

wodomierze jednostrumieniowe, skrzydełkowe, typ S100
a) do wody zimnej, Zatwierdzenie Typu nr 347/2005 z dn. 21.12.2005,
wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2,
Warszawa; znak typu: PL T 05 298
b) do wody ciepłej,; Zatwierdzenie Typu nr 333/2005 z dn. 21.12.2005,
wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2,
Warszawa; znak typu: PL T 05 284

www.elstermetering.pl

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:

PKWiU 33.20.63-50.10 – Wodomierze

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

wodomierz – przyrząd pomiarowy służący do ciągłego pomiaru objętości
wody przepływającej w całkowicie wypełnionym przewodzie zamkniętym
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 20.02.2004
(Dz.U. Nr 40 poz. 360)

5. Specyfikacja techniczna:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dn. 20.02.2004 (Dz.U. Nr 40 poz. 360) w sprawie wymagań
metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze
- PN-ISO 4064-1:1997 – Pomiar objętości wody w przewodach
– Wodomierze do wody pitnej zimnej – Wymagania
- PN-EN 14154-1:2005 – Wodomierze – Część 1: Wymagania ogólne

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Średnica	Gwint króćca	Długość	Strumień przepływu (Klasa metrologiczna)						Temp. pracy	Ciśnienie maks.	Maks. strata ciśnienia
			Q _n	Q _{max}	Q _t		Q _{min}				
DN	G	L	m ³ /h	m ³ /h	l/h	l/h	l/h	l/h	°C	P _{max}	p
mm	cal	mm			A	B	A	B		bar	kPa
15	G 3/4 B	80	1,5	3,0	150	120	60	30	30/90	16	100
15	G 3/4 B	110	1,0	2,0	100	80	40	20	30/90	16	100
15	G 3/4 B	110	1,5	3,0	150	120	60	30	30/90	16	100
15	G 3/4 B	130	1,5	3,0	150	120	60	30	30/90	16	100
20	G 1 B	130	1,5	3,0	150	120	60	30	30/90	16	100
20	G 1 B	130	2,5	5,0	250	200	100	50	30/90	16	100

Pozostałe cechy zgodnie z informacjami zawartymi w kartach katalogowych
oraz karcie gwarancyjnej dołączanej do wyrobu budowlanego.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej:

Nie dotyczy

Producent deklaruje, że wyroby są zgodne ze specyfikacją techniczną wymienioną
w pkt. 5. oraz oświadcza, że prowadzi zakładową kontrolę produkcji tych
wyrobów

Zgierz, dn. 20.04.2009



Wojciech Klimek
Prezes Zarządu

Zarząd Spółki:
Wojciech Klimek – Prezes

KRS nr: 0000015443
Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział KRS
NIP: PL 9470007748;
REGON: 471179988
Kapitał Zakładowy Spółki:
592 500 zł

ING Bank Śląski, Oddział w Łodzi
21 1050 1461 1000 0022 5937
0787
S.W.I.F.T. – INGBPLPW

